



Warszawa, dnia 21 sierpnia 2019 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania” – sprawa nr 41/PN/2019/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1 – dotyczy Zadania nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 fartuch o parametrach: Jałowy fartuch do przygotowywania cytostatyków wykonany z włókniny SMS TNT o gramaturze min. 50g/m<sup>2</sup>, bawełniane mankiety, foliowany przód i rękawy stanowiące barierę, zgodne z wymaganiami normy EN 14126:2004, EN 14605:2009 (Chlorowodorek doksorubicyny - klasa 6, Chlorowodorek daunorubicyny - klasa 6, Siarczan Winkrystyny - klasa 6, Karmustyna - klasa 6, Monohydrat cyklofosfamidu - klasa 6, Fluorouracyl - klasa 6), wyniki badań przedstawione na każdym opakowaniu jednostkowym. Sposób wiązania-skrzyżowany za pomocą troków. Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III. Dostępny rozmiar: M, L, XL, XXL. Opakowanie typu papier/ folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

### Pytanie 2 – dotyczy Zadania nr 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści następującą półmaskę ochronną:  
Zaprojektowane dla optymalnego komfortu, wygody i dopasowania. Cienki a zarazem mocny materiał daje użytkownikowi maksymalny komfort podczas użytkowania. Miękka powierzchnia wewnętrzna zapewnia większy komfort prowadząc do większej akceptacji noszącego.  
Indywidualnie zapakowane, umożliwiające wygodne i czyste przechowywanie przed użyciem.  
Klips na nos - dostosowuje się do większości kształtów i rozmiarów twarzy.

- Kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC zgodna z normą
- Ochrona przed cząstkami, aerozolami stałymi i płynnymi
- Szybki i wygodny sposób założenia
- Całkowicie bez lateksowy materiał zapobiegający reakcjom alergicznym
- Dwupanelowa
- Błazka w górnej części umożliwiająca dopasowanie wokół nosa
- Materiał filtrujący o wysokiej skuteczności filtracji: FFP1 powyżej 80%, FFP2 powyżej 94%, FFP3 powyżej 99%
- Pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania.

Sporządził: Bogumiła Kalinowska

REFERENT ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie

Bogumiła Kalinowska

Z-CA DYREKTORA ds. KLINICZNYCH  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. NIGRiR