



Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego w podziale na zadania” – sprawa nr 25/PN/2019/ES

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian w treści SIWZ:

### Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 4 urządzeń z poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do oddzielnego zadania. W obecnym kształcie, biorąc pod uwagę warunki SIWZ nasza firma, będąca wieloletnim autoryzowanym dystrybutorem i serwisem producentów urządzeń z wyżej wymienionych pozycji nie ma możliwości złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych pomp PLUM A+ SP12s PRO i SEP 21s.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie pozycji nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 z Zadania nr 4 i utworzenia Zadania nr 24.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza asortymentowo – cenowego. Zmodyfikowany Formularz asortymentowo – cenowy dla Zadania nr 4 - Przegląd techniczny kardiomonitörów, lampy operacyjnej oraz Zadania nr 24 - Przegląd techniczny pomp infuzyjnych, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje modyfikacji wysokości wadium:

**BYŁO:**

dla zadania nr 4 – 160,00 zł (słownie: złotych sto sześćdziesiąt groszy 00/100),

**POWINNO BYĆ:**

dla Zadania nr 4 w wysokości 45,00 zł (słownie: złotych czterdzieści pięć groszy 00/100),

W związku z powyższym Zamawiający ustala kwotę wadium:

dla Zadania nr 24 w wysokości 115,00 (słownie: złotych sto piętnaście groszy 00/100).

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi, zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przekazane informacje stanowią integralną część SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia ich przekazania.

Sporządził: Emilia Stadnik

Referent ds. Zamówień Publicznych  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie

Emilia Stadnik

Strona 1 z 1

DYREKTOR  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## ZADANIE 4 - Przegląd techniczny kardiomonitorów, lampy operacyjnej

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość przeglądów	Cena jedn. przeglądu netto	Cena jedn. przeglądu brutto	Podatek VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kardiomonitor DASH 4000 sn AAB04254297GA	3					
2	Kardiomonitor F-FM.S/5 sn 5200304	3					
3	Lampa operacyjna XENION L+M (L.-190000D0725, M-190004D0726)	3					
<b>RAZEM</b>							

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

## ZADANIE 24 - Przegląd techniczny pomp infuzyjnych

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość przeglądów	Cena jedn. przeglądu netto	Cena jedn. przeglądu brutto	Podatek VAT %	Wartość netto	Wartość brutto
1	Pompa infuzyjna PLUM A+ sn 16702902	3					
2	Pompa infuzyjna PLUM A+ sn 16702903	3					
3	Pompa infuzyjna PLUM A+ sn 3810427	3					
4	Pompa infuzyjna PLUM A+ sn 99947544	3					
5	Pompa infuzyjna SP 12S PRO sn 00899	3					
6	Pompa infuzyjna SP 12S PRO sn 06801	3					
7	Pompa infuzyjna SEP 21 S sn 11605	3					
<b>RAZEM</b>							

Wykonawca w ramach przeglądu w poz.1 do poz. 4 zobowiązany będzie do wymiany akumulatora w pompie Plum A+ -należy wymienić co 12 miesięcy - załeczenie producenta.