

Warszawa, dn. 20 lipca 2017

## ODPOWIEDZI

### na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na usługę „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego” dla Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Im. Prof. Dr Hab. Med. Eleonory Reicher w Warszawie, – znak sprawy **20/PN/2017/PW** na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na zdane pytania.

Pytania do załącznika nr 3 do SIWZ ( zadania nr: 3, 4, 7, 11, 12)

1. Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?  
Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

**Pakiet 3,7,11,12 Wymiana akumulatorów będzie rozliczana osobną ofertą**

**Pakiet 4 Wymiana akumulatorów w ramach przeglądu po diagnostyce. Ostatnia wymiana akumulatorów 10.2016.**

2. Zwracamy się z prośbą o informację czy wymienione w pakietach urządzenia Zamawiający jest w stanie podczas ustalonego terminu przeglądu umieścić w jednym miejscu?, czy są to urządzenia zlokalizowane w różnych oddziałach co wydłuża wówczas czas pracy serwisanta. Informacja ta niezbędna jest nam do dokładnego oszacowania ceny oferty.

**Pakiet 3,7,11,12 urządzenia znajdują się na jednym oddziale.**

**Pakiet 4 Urządzenia znajdują się w dwóch oddziałach. Istnieje możliwość umieszczenia ich w jednym miejscu na czas przeglądu.**

Pytania do załącznika nr 3 do SIWZ ( zadanie nr 11)

3. Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

**Zamawiający wymaga autoryzacji producenta.**

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

**Przegląd w jednym terminie. W SIWZ jest jedno urządzenie.**



5. Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK? Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami LIFEPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego.

**Nie. Zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia.**

PEŁNOMOCNIK  
DYREKTORA ds. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii  
i Rehabilitacji w Warszawie

mgr Ilona Truskolas