



SPROSTOWANIE

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa wyrobów medycznych w tym: maski chirurgiczne, półmaski, sterylne fartuchy, prześcieradła jednorazowe, czepki chirurgiczne, taśmy do sterylizacji, jednorazowe rękawice jałowe – sprawa nr 36/PN/2020/BK

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, dokonuje sprostowania w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 1 września 2020 roku w następujący sposób:

BYŁO PRZED SPROSTOWANIEM:

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 12 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji elektrod o rozmiarze 44x30 (prostokątnej), reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga..

JEST PO SPROSTOWANIU:

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 12 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza papier kompatybilny z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier równoważny pod warunkiem, że będzie kompatybilny z videoprintem USG 1100 HD 110 mm x 20 mm.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia ich przekazania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNYCH
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Adrian Bekacz

Sporządził: Bogumiła Kalinowska